



Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде
по обеспечению единства измерений _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России

Т.Ф. Мамлеев

«20» 09 2024 г.
МП



Государственная система обеспечения единства измерений

Генераторы сигналов AkmeTech AT1435

Методика поверки

МП AT1435

2024 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая методика поверки распространяется на генераторы сигналов АТ1435 (далее – генераторы) и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

1.2. Сокращенная поверка не предусмотрена.

1.3. При определении метрологических характеристик в рамках проводимой поверки обеспечивается передача:

- единиц времени и частоты в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.10.2022 г. № 2360 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»;
- единиц мощности электромагнитных колебаний в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2019 г. № 3461 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 9 кГц до 37,5 ГГц»;
- единиц мощности электромагнитных колебаний в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.11.2022 г. № 2813 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,5 до 118,1 ГГц».

подтверждающая прослеживаемость к государственному первичному эталону единицы времени частоты и шкалы времени ГЭТ 1-2022, государственному первичному эталону единицы мощности электромагнитных колебаний в волноводных и коаксиальных трактах ГЭТ 26-2010 и государственному первичному эталону единицы мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,5 до 118,1 ГГц ГЭТ 167-2021.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	7.1	Да	Да
2 Подготовка к поверке и опробование	8	Да	Да
3 Идентификация программного обеспечения (ПО)	9		
3 Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	10	Да	Да
4 Определение диапазона частот и относительной погрешности установки частоты выходного сигнала	10.1	Да	Да
5 Определение диапазона и абсолютной погрешности установки уровня	10.2	Да	Да

выходного сигнала			
6 Определение уровня гармонических и субгармонических составляющих относительно основного немодулированного сигнала 10 дБм	10.3	Да	Да
7 Определение уровня однополосного фазового шума при уровне выходного сигнала 10 дБм и частоте отстройки 10 кГц	10.4	Да	Да
8 Определение КСВН радиочастотного выхода	10.5	Да	Нет

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С +20 ± 5;
- относительная влажность воздуха, % от до 30 до 80;
- атмосферное давление, мм рт. ст. от 650 до 800;
- напряжение питающей сети, В 230 ± 23;
- частота питающей сети, Гц 50 ± 0,5.

Примечание - При проведении поверочных работ условия окружающей среды средств поверки (рабочих эталонов) должны соответствовать регламентируемым в их инструкциях по эксплуатации требованиям.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднее техническое образование и практический опыт в области радиотехнических измерений и аттестованные на право проведения поверки.

4.2 Поверитель должен изучить эксплуатационные документы на поверяемый генератор и используемые средства поверки.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

5.2 Все средства поверки должны быть исправны и иметь действующие документы о поверке (знак поверки).

5.3 Допускается применение других средств поверки, удовлетворяющих требованиям настоящей методики поверки и обеспечивающих требуемую точность передачи единиц величины поверяемому генератору.

Таблица 2

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п.8 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства	Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от -10 до +60 °С; предел допускаемой погрешности измерений температуры ±0,4 °С; Средства измерений в диапазоне измерений относительной влажности от 10	Прибор комбинированный Testo 622 (рег. № 44744-10)

измерений)	до 95 %, предел допускаемой погрешности измерений $\pm 3\%$; Средства измерений в диапазоне измерений абсолютного давления от 30 до 120 кПа, предел допускаемой погрешности измерений $\pm 0,5$ кПа.	
	Средства измерений: диапазон частот от 9 кГц до 43,5 ГГц, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений мощности $\pm 1,9$ дБ; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициентов передачи и отражений $\pm 0,003$ дБ	Анализатор электрических цепей и сигналов комбинированный портативный FieldFox N9951A (рег. №68075-17)
п.10 Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	<p>Средство измерений частоты соответствующее рабочему эталону не ниже 3 разряда по государственной поверочной схеме для средств измерений времени и частоты, утверждена приказом Росстандарта № 2360 от 13.10.2022. Диапазон частот от 0,001 Гц до 37,75 ГГц, пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 3 \cdot 10^{-10}$.</p> <p>Средство измерений мощности электромагнитных колебаний, соответствующее рабочему эталону не ниже 3 разряда по государственной поверочной схеме для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 9 кГц до 37,5 ГГц, утверждена приказом Росстандарта № 3461 от 30.12.2019, и рабочему эталону не ниже 1 разряда по государственной поверочной схеме для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,5 до 118,1 ГГц, утверждена приказом Росстандарта № 2813 от 09.11.2022. Диапазон рабочих частот от 0 до 40 ГГц, диапазон измеряемых уровней от минус 35 до 25 дБм, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений мощности $\pm 0,14$ дБ.</p> <p>Средства измерений: диапазон рабочих частот от 0,1 МГц до 17,85 ГГц, диапазон измеряемого ослабления от 0 до 140 дБ, погрешность измерений ослабления от $\pm 0,01$ до $\pm 2,5$ дБ.</p>	<p>Частотомер универсальный ЧЗ-89 (рег. №47058-11)</p> <p>Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ NRP40T (рег. № 69958-17)</p> <p>Установка для измерения ослабления и фазового сдвига образцовая ДК1-16 (рег. №9180-83)</p>

	<p>Средства измерений: диапазон частот при измерениях фазового и амплитудного шумов от 10 МГц до 50 ГГц, пределы допускаемой относительной погрешности частоты опорного генератора $\pm 5 \cdot 10^{-8}$.</p> <p>Средства измерений: диапазон рабочих частот от 0,01 до 43,5 ГГц, пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты опорного генератора $\pm 1 \cdot 10^{-6}$</p> <p>Эталон: диапазон рабочих частот от 9 кГц до 6,5 ГГц, пределы допускаемой относительной погрешности частоты выходного сигнала $\pm 5 \cdot 10^{-6}$ динамический диапазон измерений: 135 дБ</p> <p>Эталон: относительная погрешность по частоте $\pm 2 \cdot 10^{-11}$</p>	<p>Анализатор фазового шума FSWP50 (рег. №63528-16)</p> <p>Анализатор цепей векторный N5224A (рег. №37230-08)</p> <p>Эталон единицы волнового сопротивления в коаксиальных трактах S5065</p> <p>(3.1.VXH.0054.2020) Эталон единицы частоты и времени СЧВ-74 (3.1.VXH.0008.2020)</p>
<i>Вспомогательные средства поверки</i>		
п.10 Определение метрологических характеристик	Диапазон частот от 0 до 20 ГГц, ослабление 10 дБ	Аттенюатор коаксиальный Д2М-20-10-13Р-13

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При выполнении операций поверки необходимо соблюдать требования техники безопасности, предусмотренные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903 н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.2.091-2012 и требования безопасности, указанные в технической документации на применяемые эталоны и вспомогательное оборудование. Любые подключения приборов производить только при отключенном напряжении питания средств измерений.

6.2 К выполнению операций поверки и обработке результатов наблюдений могут быть допущены только лица, аттестованные в качестве поверителя в установленном порядке.

6.3 Поверяемый генератор, а также используемые средства измерений должны быть надежно заземлены. Коммутации и сборки схем для проведения измерений должны проводиться только при выключенном сигнале генератора.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 Внешний вид и комплектность проверить на соответствие данным, приведенным в руководстве по эксплуатации и в паспорте на генератор.

При проведении внешнего осмотра проверить:

- наличие и целостность наружных деталей и пломб (наклейки);

- соответствие комплектности эксплуатационной документации, наличие маркировок с указанием типа и заводского номер, четкость обозначений;
- чистоту и исправность разъёмов;
- отсутствие механических и электрических повреждений, влияющих на работу генератора.

7.1.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными при отсутствии видимых дефектов. В противном случае, генератор дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется для проведения ремонта.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Подготовка к поверке

8.1.1 На поверку представляют генератор, полностью укомплектованный в соответствии с паспортом на него.

8.1.2 Во время подготовки к поверке поверитель знакомится с нормативной документацией на генератор и подготавливает все материалы и средства измерений, необходимые для проведения поверки.

8.1.3 Контроль условий проведения поверки по пункту 3.1 провести перед началом поверки, а затем периодически, но не реже одного раза в час.

8.2 Опробование средства измерений

8.2.1 Подготовить генератор к работе в соответствии с руководством по эксплуатации. Подключить генератор к источнику питания и включить его в сеть, нажать на кнопку включения генератора. После процедуры самотестирования генератора на его табло должны индцироваться установленные значения частоты и уровень мощности.

8.2.2 Подключить выход генератора ко входу анализатора электрических цепей и сигналов комбинированного портативного FieldFox N9951A. Установить на генераторе частоту настройки 1 ГГц, уровень сигнала 0 дБм. На экране анализатора наблюдать спектр сигнала.

8.2.3 Генератор считать работоспособным, если после включения и настройки генератора выполняются условия п.8.2.2. В противном случае генератор дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется в ремонт.

9 Идентификация ПО

9.1 Идентификацию ПО на генераторе проводить следующим образом: после включения выбрать пункт «About» (в правом верхнем углу экрана), выбрать в всплывающем меню пункт «Software Version». На экране должны отобразиться идентификационные данные генератора и версия программного обеспечения.

9.2 Результаты испытаний считать положительными, если идентификационные данные ПО соответствуют идентификационным данным, приведенным в таблице 3

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Генераторы сигналов AkmeTech AT1435
Номер версии (идентификационный номер ПО)	V1.0 и выше

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

10.1 Определение диапазона частот и относительной погрешности установки частоты выходного сигнала

10.1.1 Подготовить к работе частотомер универсальный ЧЗ-89.

10.1.2 Установить следующие параметры выходного сигнала генератора: частота сигнала – 9 кГц, уровень сигнала – 0 дБм.

10.1.3 При помощи частотомера универсального ЧЗ-89 выполнить измерения частоты генератора. Определить относительную погрешность установки частоты генератора δ определить по формуле (1):

$$\delta = \frac{f_{\text{ген}} - f_{\text{изм}}}{f_{\text{ген}}}, \quad (1)$$

где $f_{\text{изм}}$ - показания частотомера ЧЗ-89, Гц;

$f_{\text{ген}}$ - частота, установленная на генераторе, Гц.

10.1.4 Повторить измерения по п. 9.1.2 на частотах 1, 10, 100, 500 МГц, 1, 3, 6, 10, 12, 20, 25, 30, 35 ГГц. Измерения на частоте 40 ГГц производить при помощи анализатора электрических цепей и сигналов комбинированного портативного FieldFox N9951A и эталона единицы частоты и времени СЧВ-74.

10.1.5 Результаты поверки считать положительными, если диапазон рабочих частот составляет от 9 кГц до 40 ГГц, относительная погрешность установки частоты выходного сигнала не превышает $\pm 5 \cdot 10^{-7}$. В противном случае результаты поверки по данному пункту методики считать отрицательными и генератор признается непригодным к применению.

10.2 Определение диапазона и абсолютной погрешности установки уровня выходного сигнала

10.2.1 Определение диапазона и абсолютной погрешности установки уровня выходной мощности проводить с использованием ваттметра поглощаемой мощности СВЧ NRP40T с аттенуатором коаксиальным Д2М-20-10-13Р-13.

10.2.2 Подключить к генератору ваттметр NRP40T. Установить на генераторе частоту 9 кГц, уровень выходного сигнала $P_{\text{уст}} = + 21$ дБм. Зафиксировать показания ваттметра $P_{\text{изм}}$.

10.2.3 Абсолютную погрешность ΔP установки уровня выходной мощности определить по формуле (2):

$$\Delta P = P_{\text{уст}} - P_{\text{изм}}. \quad (2)$$

10.2.4 Повторить измерения по п. 4.13.2 на частотах: 1, 10, 100, 500 МГц, 1, 3 ГГц. Установить уровень выходного сигнала $P_{\text{уст}} = + 19$ дБм. Произвести измерения на частотах 5, 10 и 17 ГГц. Установить уровень выходного сигнала $P_{\text{уст}} = + 16$ дБм. Произвести измерения на частотах 20, 25, 30, 35 и 40 ГГц. Повторить измерения на частотах 9 кГц, 1, 10, 100, 500 МГц, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ГГц при уровне выходного сигнала $P_{\text{уст}} = 0$ и минус 20 дБм. Рассчитать абсолютную погрешность ΔP установки уровня выходной мощности по формуле 2.

10.2.5 Подготовить к работе установку для измерения ослабления и фазового сдвига образцовую ДК1-16 в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. Провести измерения ослабления на частотах 100 МГц, 1, 5, 10, 15 ГГц, при значениях выходного сигнала генератора минус 70 дБ.

10.2.6 Результаты поверки считать положительными, если диапазон выходной мощности составляет:

на частотах от 9 кГц до 3 ГГц включ.....от минус 110 до 21 дБм

на частотах св 3 ГГц до 17 ГГц включ.....от минус 110 до 19 дБм

на частотах св 17 ГГц до 40 ГГц включ.....от минус 110 до 16 дБм

Допускаемая погрешность установки уровня сигнала не выходит за пределы значений, указанных в таблице 4

40 ГГц.....-103 дБн/Гц.

В противном случае результаты поверки по данному пункту методики считать отрицательными и генератор признается непригодным к применению.

10.5 Определение КСВН радиочастотного выхода

10.5.1 Определение КСВН радиочастотного выхода производить методом прямых измерений с помощью анализатора цепей векторного N5224A и эталона волнового сопротивления в коаксиальных трактах S5065.

10.5.2 На генераторе последовательно установить частоты: 9 кГц, 3 ГГц, 13 ГГц, 20 ГГц и 40 ГГц. На анализаторе цепей векторном установить режим измерения КСВН в полосе частот от 3 до 40 ГГц. Измерения КСВН на частоте 9 кГц производить с помощью эталона волнового сопротивления в коаксиальных трактах S5065.

10.5.3 Результаты поверки считать положительными, если КСВН радиочастотного выхода не превышает следующих значений:

от 9 кГц до 3 ГГц включ.....	1,71;
св. 3 ГГц до 13 ГГц включ.....	1,58;
св. 13 ГГц до 20 ГГц включ.....	1,78;
св. 20 ГГц до 40 ГГц включ.....	1,57.

В противном случае результаты поверки по данному пункту методики считать отрицательными и генератор признается непригодным к применению.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 Генератор признается годным, если в ходе поверки все результаты поверки положительные.

11.2 Сведения о результатах поверки генератора передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

11.3 По заявлению владельца генератора или лица, представившего его на поверку, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие генератора метрологическим требованиям) наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке, и (или) в паспорт генератора вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

Знак поверки в виде наклейки наносится на переднюю панель генератора.

11.4 По заявлению владельца генератора или лица, представившего его на поверку, в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие генератора метрологическим требованиям) выдается извещение о непригодности к применению.

11.5 Обязательное оформление протокола поверки не требуется. По заявлению владельца генератора или лица, представившего его на поверку, возможно оформление протокола поверки.

Начальник отдела ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России

Научный сотрудник ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России

К.С. Черняев

О.Б. Шнилевский